

ТЕХНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ № 6424

від 12 вересня 2025 року.

Видане КНП «Острозька багатoproфільна лікарня» Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області

про те, що Апарат Philips HD11XE, зав. № USN0976699, інв. № 10440060, 2009 року випуску, вийшов з ладу по таких причинах:

- через тривалий часу експлуатації зношена елементна база електронних модулів, внаслідок чого не забезпечується якість зображення, блок живлення не забезпечує стабільної роботи апарату. По причині зняття апарату з виробництва низка електронних модулів недоступна для заміни, крім того зношені акустичні лінзи, багатожильні кабелі і п'єзокристали ультразвукових датчиків.

Виріб: Апарат Philips HD11XE, зав. № USN0976699, інв. № 10440060, 2009 року випуску, для подальшої експлуатації не придатний, ремонту та відновленню не підлягає.

Фізична особа-підприємець Тарасюта С.А.,
Ідентифікаційний номер 2268704010,
номер свідоцтва 259138

33016, м.Рівне, вул. Євгена Коновальця, буд.7,
кв.72

тел. 096-103-98-34

Фізична особа-підприємець

Тарасюта С.А.



"ФОП Хомяк Ю.Л."

33018, м.Рівне

вул. Степана Бандери буд.62, кімната 254

тел. 098 393 22 96

ТЕХНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ №3

від 10.03.08 2026 р.

КНП "ОСТРОЗЬКА БЛ"

Відділення, кабінет -

Лабораторія

Назва виробу медичної техніки: Аналізатор біохімічний BioChem SA

Тип : BC-2102-6-UA

Заводський номер (SN): E 118200-P

Інвентарний номер: 10450042

Виробник: High Technology Inc.

Результати огляду:

На підставі проведеного огляду встановлено, що апарат непридатний до подальшої експлуатації з наступних причин:

- Блок живлення нестабільний
- Система промивки забруднена, не відновлюється
- Програмний модуль обліку результатів не працює
- Вбудована база даних пошкоджена
- Комплекена відмова електроніки та механіки
- Ремонт економічно недоцільний
- Відсутність технічної підтримки виробника

Виріб медичної техніки: Аналізатор біохімічний BioChem SA

Тип : BC-2102-6-UA

Заводський номер (SN): E 118200-P

Інвентарний номер: 10450042

Обладнання до подальшої експлуатації не придатне, ремонту не підлягає.



ФОП Хомяк Ю.Л.

Фізична особа – підприємець
Мельник Сергій Миколайович

Юридична адреса: 35709, Україна, Рівненська область, Здолбунівський р-н, с. Здовбиця, вул. Дорошенка, буд. 10 А

Поштова адреса: 35705, Україна, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Зелена, 2 Б

тел. моб.: (067) 660-86-16

Код ЄДРПОУ 2780619614

**АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ**

«27» 01 2026 р.

м. Острог, вул. Татарська, 185-А

Ми, комісія у складі :

представника ФОП Мельника С. М., в особі спеціаліста з експлуатації паливної апаратури Мельника Сергія Миколайовича, що діє на підставі ліцензії № 2013044470, від 10.11.2017р. та дозволу № 118.17.56, від 03.02.2025р.

представника КНП "Острозька багатoproфільна лікарня" Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області, в особі інженера з організації експлуатації та ремонту Трофимчука Віталія Володимировича

представника КНП "Острозька багатoproфільна лікарня" Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області, в особі інженера по техніці безпеки Домського Олександра Федоровича

ЗАСВІДЧУЄМО:

При огляді основного засобу «Котел сталевий КОВСГ/ДВ-180», зав. № 004, 2014р. виготовлення, що знаходиться на балансі КНП "Острозька багатoproфільна лікарня" Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області, за інв. № 10410039 по вул. Татарській, 185-А в м. Острог, Рівненської області, комісією встановлено, що даний котел не підлягає подальшій експлуатації та ремонту у зв'язку з критичним пошкодженням (вигоранням і корозією металу) теплообмінника камери згорання котла.

ФОП Мельник С. М.



Мельник С. М.

інженер з організації експлуатації та ремонту,
КНП "Острозька багатoproфільна лікарня"

Острозької міської ради Рівненського району
Рівненської області

Трофимчук В. В.

інженер по техніці безпеки

КНП "Острозька багатoproфільна лікарня"

Острозької міської ради Рівненського району
Рівненської області

Домський О. Ф.

"ФОП Хомяк Ю.Л."

33018, м.Рівне

вул. Степана Бандери буд.62, кімната 254

тел. 098 393 22 96

ТЕХНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ №2

від 13 04 2026 р.

КНП "ОСТРОЗЬКА БЛ"

Відділення, кабінет -

Лабораторія

Назва виробу медичної техніки: Імунофлуоресцентний експрес-аналізатор FIA8000

Тип: FIA8000

Заводський номер: 8600W0011707

Інвентарний номер: 10450055

Рік виробництва: 2018 р.

Виробник: Getein Biotech, Inc. (Китай)

Результати огляду:

На підставі проведеного огляду встановлено, що апарат непридатний до подальшої експлуатації з наступних причин:

- Деградація лазера — відсутність емісії;
- Невідтворюваність результатів;
- Порушення герметичності системи;
- Неможливість калібрування;
- Метрологічна невідповідність;
- Економічна недоцільність ремонту.

Висновок:

Виріб медичної техніки: Імунофлуоресцентний експрес-аналізатор FIA8000

Тип : FIA8000

Заводський номер: 8600W0011707

Інвентарний номер: 10450055

Знаходження до подальшої експлуатації не придатне, ремонту не підлягає.



ФОП Хомяк Ю.Л.

"ФОП Хомяк Ю.Л."

33018. м.Рівне

вул. Степана Бандери буд.62, кімната 254

тел. 098 393 22 96

ТЕХНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ №9

від 13.04 2026 р.

КНП "ОСТРОЗЬКА БЛ"

Відділення: кабінет

Лабораторія

Назва виробу медичної техніки: Колориметр

Тип: _____

Заводський номер: 0408037

інвентарний номер: 10450020

рік випуску _____

Результати огляду:

На підставі проведеного огляду встановлено, що апарат непридатний до подальшої експлуатації з наступних причин:

- Похибка вимірювань перевищує допустимі норми.
- Зношення оптичної системи.
- Несправність електронних компонентів.
- Порушення калібрування приладу.
- Нестабільна робота блоку живлення.
- Пошкодження внутрішніх з'єднань та контактів.

Висновок:

Виріб медичної техніки: Колориметр

Тип: _____

Заводський номер: 0408037

інвентарний номер: 10450020

обладнання до подальшої експлуатації не придатне. ремонту не підлягає.



ФОП Хомяк Ю.Л.